

検体検査システム改正医療法対応

改正医療法 測定作業日誌

『実施件数の内、検査エラー又は検査不具合の発生件数』

統計処理画面に「測定エラーリスト」を追加しました。

検査日	受番	P-ID	カナ氏名	依頼科	医師	項目	結果	コメント	処理日時	区分
2018/08/03	208	0075622	ツクニ テスト	泌尿器科...	医師	PSA	149.578	希釈*100	2018-08...	異常高値
2018/08/06	1017	0523670	イノシ テスト	3F内科	医師	α-Fet	363434.0	希釈*10...	2018-08...	異常高値
2018/08/07	57	0276097	シズ テスト	内科外来	医師	CA19...	587	希釈*10	2018-08...	異常高値
2018/08/07	4016	0982843	知キ テスト	3F内科	医師	CA19-9...	488878	希釈*10...	2018-08...	異常高値
2018/08/03	70	0832899	イワタ テスト	内科外来	医師	γ-GTP	1560	希釈x3	2018-08...	希釈再検
2018/08/06	4003	0431742	カハ テスト	4F内科	医師	CK (CP...	1242	希釈x2	2018-08...	希釈再検
2018/08/07	1010	0982843	知キ テスト	3F内科	医師	AST (G...	1014	希釈x3	2018-08...	希釈再検
2018/08/07	1010	0982843	知キ テスト	3F内科	医師	ALT (G...	851	希釈x3	2018-08...	希釈再検
2018/08/07	1010	0982843	知キ テスト	3F内科	医師	LD (LD...	966	希釈x3	2018-08...	希釈再検
2018/08/08	41	0982488	カオ テスト	内科外来	医師	α-Fet	25307.2	希釈*100	2018-08...	希釈再検
2018/08/09	17	1100767	シカ テスト	内科外来	医師	ChE	580	希釈x2	2018-08...	希釈再検
2018/08/09	1009	1171396	ゴジ テスト	5F外科	医師	ALP	1336	希釈x2	2018-08...	希釈再検
2018/08/01	53	0494088	ヤマシ テスト	内科外来	医師	ヘモグロ...	6.9	再検	2018-08...	緊急報...
2018/08/05	2	0499806	キムラ テスト	内科外来	医師	トロボニン	106.6		2018-08...	緊急報...
2018/08/06	50	0523670	イノシ テスト	内科外来	医師	トロボニン	48.9		2018-08...	緊急報...
2018/08/06	1008	0525246	アカイ テスト	3F内科	医師	ヘモグロ...	6.1		2018-08...	緊急報...

集計内容

- 異常高値 ... 初回測定が「異常高値」エラーとなった結果
- 希釈再検 ... 初回測定が測定範囲外となり測定結果が無かった場合
- 緊急報告値 ... 緊急報告値として臨床に報告した結果
- 測定中断 ... 検体詰まりによる検体不良等で測定を中断した検体 ※補足参照

検査日	受番	P-ID	カナ氏名	依頼科	医師	項目	結果	コメント	処理日時	区分	前回値
2018/08/03	208	0075622	ツクニ テスト	泌尿器科外来	医師	PSA	149.578	希釈*100	2018-08-03 12:08:07	異常高値	333.615
2018/08/06	1017	0523670	イノシ テスト	3F内科	医師	α-Fet	363434.0	希釈*1000	2018-08-06 16:51:01	異常高値	
2018/08/03	70	0832899	イワタ テスト	内科外来	医師	γ-GTP	1560	希釈x3	2018-08-03 10:51:25	希釈再検	1641
2018/08/06	4003	0431742	カハ テスト	4F内科	医師	CK (CPK)	1242	希釈x2	2018-08-06 10:48:31	希釈再検	
2018/08/01	53	0494088	ヤマシ テスト	内科外来	医師	ヘモグロビン	6.9	再検	2018-08-01 12:20:33	緊急報告値	9.4
2018/08/05	2	0499806	キムラ テスト	内科外来	医師	トロボニン	106.6		2018-08-06 08:15:19	緊急報告値	
2018/08/06	50	0523670	イノシ テスト	内科外来	医師	トロボニン	48.9		2018-08-06 13:26:21	緊急報告値	
2018/08/06	1008	0525246	アカイ テスト	3F内科	医師	ヘモグロビン	6.1		2018-08-06 09:47:40	緊急報告値	11.0
2018/08/06	4003	0431742	カハ テスト	4F内科	医師	CK (CPK)	1242	希釈x2	2018-08-06 10:48:31	緊急報告値	
2018/08/02	49	1170802	ヤノ テスト	内科外来	医師				2018-08-02 10:12:01	測定中断	
2018/08/03	1003	0067637	コト テスト	4F内科	医師				2018-08-03 09:52:48	測定中断	

【注意】

- ・集計対象は各施設の運用により、内容が異なります。
- ・検査ログから抽出するため、対象期間は3ヶ月以内となります。

【補足】

「測定エラーリスト」の抽出条件は以下の通りです。

- ・異常高値 …… 初回測定が「異常高値」エラーとなった結果
→ 検査ログから項目コメント「異常高値」結果を参照します。
- ・希釈再検 …… 初回測定が測定範囲外となり測定結果が無かった場合
→ 「再検チェック」で再測定をした項目を参照します。
- ・緊急報告値…… 緊急報告値として臨床に報告した結果
→ パニック値を報告する院内運用があれば、項目マスターに登録します。
- ・測定中断 …… 検体詰まりによる検体不良等で測定を中断した検体
→ 「測定解除 (注)」を実行した履歴を参照します。
(注) 生化学分析装置を2台接続している施設のみ有効